

Białobrzegi, dnia 2 listopada 2010 r.

**wszyscy uczestnicy postępowania
wg rozdzielnika**

Dotyczy: przetarg nieograniczony na realizację zadania „Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach”

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło do Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym, Dyrektor MGZOZ, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia poniżej zapytanie, jakie wpłynęło do zamawiającego na zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedzią:

Zapytanie zgłoszone w dniu 29 października 2010 r.

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z częstotliwością odświeżania w trybie B-mode większą od 400 Hz i częstotliwością odświeżania trybie 2D+Color lub 2D+Power równa 80Hz?
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe – w punkcie 4 w dziale I Załącznika Nr 1 do Formularza Cenowego określono wymagany parametr dla kupowanego aparatu
2. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat bez obrazowania rombowego ale w zamian oferujący na głowicy liniowej obrazowanie trapezowe?
Zamawiający wymaga aby aparat posiadał obrazowanie rombowe – w punkcie 21 w dziale I Załącznika Nr 1 do Formularza Cenowego określono wymagany parametr dla kupowanego aparatu
3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat mający możliwość zmiany zakresu częstotliwości w 3 stopnia (3 częstotliwości pracy)?
Zamawiający dopuszcza aparat mający zakres stosowanych częstotliwości pracy: 2 – 14 MHz.
4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony w głowicę endowaginalną pracującą w zakresie częstotliwości od 4 do 9 MHz, w zamian oferującą kąt patrzenia równy 148 stopni? Szerszy kąt patrzenia głowicy ułatwia i przyspiesza pracę diagnosty.
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie techniczne

5. Zamawiający wymaga aby oferowany aparat posiadał 2 głowice, czy wobec tego wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu wyposażonego w 3 równorzędne porty głowic?
Zamawiający wymaga aby aparat posiadał minimum 4 gniazda do podłączenia głowic w tym co najmniej 3 aktywne – w punkcie 5 w dziale I Załącznika Nr 1 do Formularza Cenowego określono wymagany parametr dla kupowanego aparatu

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego z 3 zakresami częstotliwości w trybie podstawowym oraz harmonicznym oraz 2 zakresami w trybach dopplerowskich?
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania gdyż nie odpowiadałoby parametrom wymaganym dla głowicy typu convex

7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat o częstotliwości odświeżania w trybie Color oraz Power Doppler równej 70Hz (obrazów/s)?
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe – w punkcie 4 w dziale I Załącznika Nr 1 do Formularza Cenowego określono wymagany parametr dla kupowanego aparatu

8. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat umożliwiający powiększenie obrazu 4 krotne w czasie obrazowania oraz na obrazach zamrożonych?
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe – w punktach 17 i 18 w dziale I Załącznika Nr 1 do Formularza Cenowego określono wymagany parametr dla kupowanego aparatu